



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15898

检验检测报告



报告编号：中为检字第 221223007 号

产品名称：光能训练仪

产品型号：KS-S8

申请公司：营口康视升生物科技有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



未经允许不得部分复制本报告，避免引起歧义解读。本报告可通过以下方式进行查询核实。

电话：0755-28680489

邮箱：admin@ctnt-cert.com 网址：www.ctnt-cert.com

深圳市中为检验技术有限公司

检验检测报告

产品名称	光能训练仪	产品型号	KS-S8
申请单位名称	营口康视升生物科技有限公司	申请单位地址	中国（辽宁）自由贸易试验区营口片区青花大街西 107 甲（科技城孵化二期 27 号楼 A 座 C 区 -4-413 号）
制造单位名称	营口康视升生物科技有限公司	制造单位地址	中国（辽宁）自由贸易试验区营口片区青花大街西 107 甲（科技城孵化二期 27 号楼 A 座 C 区 -4-413 号）
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	1 个	测试时间	2022 年 12 月 29 日
样品状态说明	供电额定电压 4V = 送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 7247.1-2012 《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
判定依据	GB 7247.1-2012 《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
检验项目	激光安全等级		
检验结论	光能训练仪的激光安全等级为 1 类，详见报告后续页面。 		
备注	1. 商标：康视升(由委托方提供。) 2. 附加型号 KS-S9, KS-S5, KS-S6, KS-S10 产品结构、规格相同，产品差异仅为型号命名方式。测试在主检型号 KS-S8 上进行。		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		

编制：

谢江洋

审核：

陆祖年

批准：

赵反中

标签副本：

激光等级及相关警示标签示例如下，制造商应将对应标签固定在产品的适当位置。



标签 1: 说明标记