



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15898

检验检测报告



报告编号：中为检字第 221126001 号

产品名称：手持式激光测距仪

产品型号：LM120A

申请公司：优利德科技（中国）股份有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



未经允许不得部分复制本报告，避免引起歧义解读。本报告可通过以下方式进行查询核实。

电话：0755-28680489

邮箱：admin@ctnt-cert.com 网址：www.ctnt-cert.com

深圳市中为检验技术有限公司

检验检测报告

产品名称	手持式激光测距仪	产品型号	LM120A
申请单位名称	优利德科技（中国）股份有限公司	申请单位地址	广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号
制造单位名称	优利德科技（中国）股份有限公司	制造单位地址	广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	1 个	测试时间	2022 年 11 月 28 日
样品状态说明	内置电池供电 3.7V ⁻ 。 送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 7247.1-2012 《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
判定依据	GB 7247.1-2012 《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
检验项目	激光安全等级		
检验结论	手持式激光测距仪的激光安全等级为 2 类，详见报告后续页面。 (检验检测专用章) 签发日期：2022 年 12 月 5 日		
备注	LM40e+、LM60e+、LM50A、LM70A、LM100A、LM50V+、LM70V+、LM100V+、LM120V、LM40B、LM50B、LM60B、LM120C、LM200C、LM300C、LM50T、LM60T 与主检型号产品结构、规格相同，差异仅为产品外观装饰及命名型号，差异不影响产品安全和性能。测试仅在主检型号 LM120A 上进行。		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		

编制：

周磊

审核：

陆祖年

批准：

李反中