中科国为CTNT™

202119015918

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15898

检验检测报告

报告编号：中为检字第 230317003 号

产品名称：量能长波足疗仪（氢量光波健康仪）

产品型号：AKL-A006, AKL-A001

申请公司：广州奥克隆科技有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司

检验检测专用章

未经允许不得部分复制本报告，避免引起歧义解读。本报告可通过以下方式进行查询核实。
电话：0755-28680489　　邮箱：admin@ctnt-cert.com　　网址：www.ctnt-cert.com

深圳市中为检验技术有限公司
检验检测报告

产品名称	量能长波足疗仪（氢量光波健康仪）	产品型号	AKL-A006, AKL-A001
委托单位名称	广州奥克隆科技有限公司	委托单位地址	广州市南沙区东涌紧流二巷 17 号
生产单位名称	广州奥克隆科技有限公司	生产单位地址	广州市南沙区东涌紧流二巷 17 号
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	1 台	测试时间	2023 年 03 月 21 日
样品状态说明	样品规格：100V-240V～ 50/60Hz, 45W 所检产品外观完好，状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》		
判断依据	同检测依据		
检验项目	安全要求，详见后续页面。		
检验结论	所检项目均符合 GB 4706.1-2005 标准要求，测试合格，详见报告后续页面。 （检验检测专用章） 签发日期：2023 年 03 月 22 日		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		
备注	商标：奥克隆（由委托商提供） 系列型号 AKL-A006, AKL-A001 的电气安全结构、关键器件、使用环境条件一致。本次测试仅在主测型号 AKL-A006 上进行。		

编制：　　审核：　　批准：

未经允许不得部分复制本报告，避免引起歧义解读。本报告可通过以下方式进行查询核实。
电话：0755-28680489　　邮箱：admin@ctnt-cert.com　　网址：www.ctnt-cert.com