

激光安全等级检测证书

证书编号: CTNT230320006-ZS

申请人 : 湖南英术生命科技有限公司

地址 : 湘潭经开区和平街道东风路 31 号创新创业中心 10 号楼四层

制造商 : 湖南英术生命科技有限公司

地址 : 湘潭经开区和平街道东风路 31 号创新创业中心 10 号楼四层

产品名称 : 医用内窥镜冷光源

商标 : N/A

型号 : LR600-A, LR600-B, LR600-C, LR600-D。

激光等级 : 3R 类 (波长 785nm±10nm)

检测报告编号 : 中为检字第 230320006 号

测试标准 : GB 7247.1-2012

依据GB 7247.1-2012《激光产品的安全第1部分: 设备分类、要求》对上述激光产品进行检测。

经检测, 样品激光安全等级符合上述激光等级的分类要求 (具体技术指标详见上述编号的检测报告)。

测试报告为测试证书的一部分, 测试证书与报告一同使用有效。

本测试证书可在网站www.ctnt-cert.com查询。



深圳市中为检验技术有限公司

深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106

网址: <http://www.ctnt-cert.com> 电话: 86-755-2868 0489 邮箱: admin@ctnt-cert.com