

激光安全等级检测证书

证书编号: CTNT230510004-ZS

申请人 : 郑州安格美医疗科技有限公司

地址 : 河南省郑州市高新技术产业开发区莲花街 338 号 12 号楼

制造商(生产厂) : 郑州安格美医疗科技有限公司

地址 : 河南省郑州市高新技术产业开发区莲花街 338 号 12 号楼

产品名称 : 光能训练仪

商标 : /

型号 : AGM-16

激光等级 : 1 类 (连续型、波长 650nm±10nm)

检测报告编号 : 中为检字第 230510004 号

测试标准 : GB 7247.1-2012

依据GB 7247.1-2012《激光产品的安全第1部分: 设备分类、要求》对上述激光产品进行检测。

经检测, 样品激光安全等级符合上述激光等级的分类要求 (具体技术指标详见上述编号的检测报告)。

测试报告为测试证书的一部分, 测试证书与报告一同使用有效。

本测试证书可在网站www.ctnt-cert.com查询。



李飞中 (技术负责人)
2023 年 5 月 19 日



深圳市中为检验技术有限公司

深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106

网址: <http://www.ctnt-cert.com> 电话: 86-755-2868 0489 邮箱: admin@ctnt-cert.com