

检验检测报告



报告编号：中为检字第 230609003 号

产品名称：太阳光哺仪

产品型号：KBGY-III

申请公司：陈锦济生物医学技术（广州）有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司
检验检测报告

产品名称	太阳光哺仪	产品型号	KBGY-III
申请单位名称	陈锦济生物医学技术（广州）有限公司	申请单位地址	广州市白云区鹤龙街鹤龙一路 629 号泰信广场 605 房
制造单位名称	陈锦济生物医学技术（广州）有限公司	制造单位地址	广州市白云区鹤龙街鹤龙一路 629 号泰信广场 605 房
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	1 个	测试时间	2023 年 06 月 09 日-06 月 15 日
样品状态说明	供电额定电压：12.6V =，供电额定电流：1.0A。 送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
判定依据	GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
检验项目	激光安全等级		
检验结论	太阳光哺仪的激光安全等级为 1 类，详见报告后续页面。  签发日期：2023 年 06 月 19 日		
备注	商标：陈锦济眼科（由委托方提供）。		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		

编制：谢江萍 审核：陆祖年 批准：李反斗