



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15898

检验检测报告



报告编号：中为检字第 230206006 号

产品名称：手持光疗仪

产品型号：US11341RIRG

申请公司：深圳盈择科技有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司

检验检测报告

产品名称	手持光疗仪	产品型号	US11341RIRG
委托单位名称	深圳盈择科技有限公司	委托单位地址	深圳市龙岗区坂田街道万科城社区居里夫人大道神舟电脑大厦 9F-0906
生产单位名称	深圳盈择科技有限公司	生产单位地址	深圳市龙岗区坂田街道万科城社区居里夫人大道神舟电脑大厦 9F-0906
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	1 个	检测时间	2023 年 2 月 7 日
样品状态说明	样品规格：产品额定充电输入：5V $\overline{\square}$ ，1A，5W。 电池：3.7V $\overline{\square}$ ，2600mAH，9.62WH 所检产品外观完好，状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》		
判断依据	同检测依据。		
检验项目	安全要求,详见后续页面。		
检验结论	所检项目符合标准要求，详见报告后续页面。 （检验检测专用章） 签发日期：2023 年 2 月 10 日		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		
备注	附加型号：US11341RIRR,US11341RIRB 与主测型号 US11341RIRG 仅外观差异不同，不影响电器安全。		

编制：周裕磊

审核：陆祖年

批准：赵反中

样品描述及说明

1. 器具类型：便携式[☒] 驻立式[☐] 固定式[☐] 嵌装式[☐]
2. 电击防护类型：Ⅰ类[☐] Ⅱ类[☐] Ⅲ类[☒]
3. 与电源连接的方式：
不打算永久性连接到固定布线：
----装有一个插头的电源软线[☐]
----由专用适配器供电[☐]
----由输入插口充电[☐]
----由 type-c 接口充电[☒]
----器具由电池供电[☒]

打算永久性连接到固定布线：
----连接固定布线电缆的一组接线端子[☐]
----连接柔性软线的一组接线端子[☐]
----一组电源引线[☐]
----连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖[☐]

手持光疗仪
产品型号:US11341RIRG
产品额定充电输入：5V~~~~~，1A，5W
电池：3.7V~~~~~，2600mAH，9.62WH
执行标准:GB 4706.1-2005

中国制造
制造商：深圳盈择科技有限公司
产品铭牌样式